



Lipiec 2025 r.

Drogi Kliencie IDEXX:

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Rozporządzenia REACH nr 1907/2006, niniejszym informujemy, że pakiet akumulatorów analizatora elektrolitów i gazów we krwi VetStat™ zawiera >0,1% lutowia ołowianego. Lutowie ołowiane jest stosowane wewnątrz pakietu akumulatorów do łączenia przewodów elektronicznych i jest niedostępne w toku normalnego użytkowania.

Firma IDEXX dokłada wszelkich starań, aby dostarczać najwyższej jakości produkty diagnostyczne, spełniające wszystkie lokalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz przepisy. Prosimy o dalsze korzystanie z analizatora i jego pakietu akumulatorów zgodnie z instrukcją użytkowania.

Z poważaniem

Tamara Goodine

Kierownik produktu VetStat™, IDEXX